



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305
телефон: (011) 202-44-00, телефон: (011) 21-81-668

На основу члана 22. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), а у вези са Правилником о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, број 118/13 и 86/14), поступајући по захтеву SITEL DOO BEOGRAD, Стевана Бракуса 6, директор Дирекције за мере и драгоцене метале издаје

**РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УВЕРЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА**

У Уверењу о одобрењу типа мерила, број: 393-8/0-01-1588-2019 од 14. јула 2020. године, којим је одобрено мерило службене ознаке типа F-6-218, одељак 2 Прилога се мења и допуњује, тако да сада одељак 2 Прилога изгледа:

2 ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

2.1 Преглед мерила

Преглед и испитивање у сврху оверавања бројила се врши према Прилогу 3: Оверавање бројила, из Правилника о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 („Службени гласник РС”, бр. 118/13 и 86/14).

2.2 Врсте и места стављања жига

Бројила се штите на кућишту бројила, означеним на слици 2, која је предвидео производјач, и то:

- при првом оверавању на бројила се постављају основни жиг, жиг којим је одређен период оверавања и заштитни жигови, који се утискују на пломбе на жицама, које се постављају на завртањ, који спаја поклопац са основном плочом бројила, на начин који је предвидео производјач (слика 2).

У варијанти, када су у једном кућишту смештене и функција активне и функција реактивне електричне енергије, бројило се штити жигом производјача или жигом именованог тела, које је извршило оцену усаглашености, утискивањем на две пломбе. На погодном месту на поклопцу кућишта бројила се поставља основни жиг у облику налепнице и жиг у облику налепнице којим је одређен период оверавања.

-при периодичном и ванредном оверавању - заштитним жиговима и жигом којим је одређен период оверавања, утискивањем на пломбе.

Број: 393-6/0-01-4300
Датум: 31. децембар 2024. године

